

## **Instrucciones de uso**

**RealStar<sup>®</sup>**

**Clostridium difficile PCR Kit 1.0**

01/2017 ES

# RealStar®

## Clostridium difficile

### PCR Kit 1.0

Para utilizar con

m2000rt (Abbott Diagnostics)

Mx 3005P™ QPCR System (Stratagene)

VERSANT® kPCR Molecular System AD (Siemens Healthcare)

ABI Prism® 7500 SDS (Applied Biosystems)

ABI Prism® 7500 Fast SDS (Applied Biosystems)

Rotor-Gene® 6000 (Corbett Research)

Rotor-Gene® Q5/6 plex Platform (QIAGEN)

LightCycler® 480 Instrument II (Roche)



171013



96



01 2017



altona Diagnostics GmbH • Mörkenstr. 12 • D-22767 Hamburg

## Contenido

<b>1. Uso indicado.....</b>	<b>6</b>
<b>2. Componentes del kit.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Almacenamiento .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Material y dispositivos necesarios pero no proporcionados .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Información general .....</b>	<b>8</b>
<b>6. Descripción del producto.....</b>	<b>8</b>
6.1 Instrumentos de PCR en tiempo real.....	10
<b>7. Advertencias y precauciones .....</b>	<b>10</b>
<b>8. Procedimiento .....</b>	<b>12</b>
8.1 Preparación de las muestras .....	12
8.2 Preparación de la Master Mix .....	13
8.3 Preparación de la reacción .....	14
<b>9. Programación de los instrumentos de PCR en tiempo real.....</b>	<b>15</b>
9.1 Configuración .....	15
9.2 Detectores de fluorescencia .....	16
9.3 Perfil de temperatura y detección de fluorescencia .....	16
<b>10. Análisis de datos.....</b>	<b>17</b>
10.1 Validez de las series de pruebas diagnósticas .....	17
10.1.1 Serie válida de pruebas diagnósticas .....	17
10.1.2 Serie no válida de pruebas diagnósticas .....	17
10.2 Interpretación de los resultados .....	18
10.2.1 Análisis cualitativo.....	18

<b>11. Evaluación de rendimiento .....</b>	<b>19</b>
11.1 Sensibilidad analítica .....	19
11.2 Especificidad analítica.....	21
11.3 Precisión .....	21
<b>12. Limitaciones .....</b>	<b>23</b>
<b>13. Control de calidad.....</b>	<b>24</b>
<b>14. Servicio técnico.....</b>	<b>24</b>
<b>15. Bibliografía .....</b>	<b>24</b>
<b>16. Marcas comerciales e información legal .....</b>	<b>25</b>
<b>17. Explicación de los símbolos .....</b>	<b>26</b>

## 1. Uso indicado

El RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 es un test diagnóstico *in vitro*, basado en tecnología de PCR en tiempo real, para la detección cualitativa y diferenciación del ADN específico de toxina A (*tcdA*) y toxina B (*tcdB*) de *Clostridium difficile*.

## 2. Componentes del kit

Color tapa	Componente	Número de viales	Volumen[μl/vial]
Azul	Master A	4	120
Violeta	Master B	4	360
Verde	Internal Control	1	1000
Rojo	Positive Control	1	250
Blanco	Water (PCR grade)	1	500

Internal Control = Control interno

Positive Control = Control positivo

Water (PCR grade) = Agua indicada para PCR

## 3. Almacenamiento

- El RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 se envía en hielo seco. Los componentes del kit deben llegar congelados. Si uno o más componentes no estuvieran congelados en el momento de la recepción, o si la integridad de los tubos se ha puesto en peligro durante el envío, póngase en contacto con alta Diagnostics GmbH para obtener ayuda.
- Todos los componentes deben almacenarse entre -25 y -15 °C tras su llegada.
- Debe evitarse la descongelación y congelación reiterada de los reactivos Master (más de dos veces), ya que podría repercutir en el rendimiento del producto. Los reactivos deben congelarse en alícuotas si se van a utilizar de manera intermitente.
- El almacenamiento entre +2 y +8 °C no debe superar un período de dos horas.
- Proteja Master A y Master B de la luz.

## 4. Material y dispositivos necesarios pero no proporcionados

- Instrumento adecuado de PCR en tiempo real (ver capítulo 6.1, Instrumentos de PCR en tiempo real)
- Sistema o kit de extracción de ácido nucleico adecuados
- Centrífuga de mesa con rotor para tubos de reacción de 2 ml
- Centrífuga con rotor para placas de microtitulación, si se utilizan placas de reacción de 96 pocillos
- Agitador vortex
- Placas de reacción de 96 pocillos adecuadas o tubos de reacción con el material de cierre (óptico) correspondiente
- Pipetas (ajustables)
- Puntas de pipetas con filtro (desechables)
- Guantes sin talco (desechables)

### NOTA

**i**

**Asegúrese de que todos los instrumentos utilizados se instalen, se calibren, se comprueben y se mantengan conforme a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.**

**i**

**Se recomienda encarecidamente utilizar el rotor de 72 pocillos con los tubos de reacción de 0,1 ml adecuados, si se utiliza el Rotor-Gene® 6000 (Corbett Research) o el Rotor-Gene® Q 5/6 plex (QIAGEN).**

## 5. Información general

La *Clostridium difficile* (*C. difficile*) puede causar un amplio espectro de enfermedades, como diarrea asociada a antibióticos, colitis pseudomembranosa o megacolon tóxico y sepsis. Los efectos patogénicos de la *C. difficile* se atribuyen a los productos de dos genes: la toxina A (*tcdA*) y la toxina B (*tcdB*). La mayoría de aislados de *C. difficile* son cepas positivas en toxina A y toxina B (A+B<sup>+</sup>). Sin embargo, también se han reconocido como patogénicos los aislados negativos en toxina A y positivos en toxina B (A-B<sup>+</sup>).

En los últimos años, se ha producido un aumento sustancial en la incidencia y la gravedad de infecciones nosocomiales por *C. difficile* potencialmente mortales. Un diagnóstico preciso de la infección por *C. difficile* es esencial para la gestión de los pacientes, el control de infecciones y la epidemiología.

## 6. Descripción del producto

El RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 es un test diagnóstico *in vitro*, basado en tecnología de PCR en tiempo real, para la detección cualitativa y diferenciación del ADN específico de toxina A (*tcdA*) y toxina B (*tcdB*). El test incluye un sistema de amplificación heterólogo (Control interno) para identificar una posible inhibición de PCR y para confirmar la integridad de los reactivos del kit.

La tecnología de PCR utiliza la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la amplificación de secuencias de objetivo específicas y sondas específicas de objetivos para la detección del ADN amplificado. Las sondas se marcan con fluoróforos Reporter y Quencher.

Las sondas específicas para el ADN de *tcdA* están marcadas con un fluorocromo que muestra similares características de Cy<sup>®</sup>5, mientras que las sondas específicas para el ADN de *tcdB* están marcadas con el fluorocromo FAM<sup>™</sup>. La sonda específica para el Control interno está marcada con el fluorocromo JOE<sup>™</sup>.

El uso de sondas unidas a diferentes fluorocromos permite la detección paralela del ADN específico de *tcdA* y *tcdB*, así como del Control interno en los canales de detección correspondientes del instrumento de PCR en tiempo real.

El test consta de tres procesos en un solo tubo:

- Amplificación de PCR del ADN diana y del Control interno
- Detección simultánea de amplicones de PCR mediante sondas marcadas con fluoróforos

El RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 se compone de:

- Dos reactivos Master (Master A y Master B)
- Control interno
- Control positivo [*tcdA* y *tcdB*]
- Agua indicada para PCR

Master A y Master B contienen todos los componentes (tampón de PCR, ADN polimerasa, sal de magnesio cebadores y sondas) para permitir la amplificación mediante la PCR y la detección del ADN específico de *tcdA* y *tcdB*, y el Control interno en una configuración de reacción.

## 6.1 Instrumentos de PCR en tiempo real

El RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 se desarrolló y se validó para su uso con los siguientes instrumentos de PCR en tiempo real:

- m2000rt (Abbott Diagnostics)
- Mx 3005P™ QPCR System (Stratagene)
- VERSANT® kPCR Molecular System AD (Siemens Healthcare)
- ABI Prism® 7500 SDS (Applied Biosystems)
- ABI Prism® 7500 Fast SDS (Applied Biosystems)
- Rotor-Gene® 6000 (Corbett Research)
- Rotor-Gene® Q5/6 plex Platform (QIAGEN)
- LightCycler® 480 Instrument II (Roche)

## 7. Advertencias y precauciones

Lea las instrucciones de uso detenidamente antes de utilizar el producto.

- Antes del primer uso, compruebe los siguientes puntos respecto al producto y sus componentes:
  - Integridad
  - Si está completo en cuanto a número, tipo y volumen (ver capítulo 2. Componentes del kit)
  - Etiquetaje correcto
  - Si está congelado al llegar
- El uso de este producto está limitado al personal instruido especialmente y formado en las técnicas de PCR en tiempo real y procedimientos de diagnóstico *in vitro*.
- Las muestras deben tratarse siempre como si fueran infecciosas o biopeligrosas conforme a los procedimientos de seguridad en el laboratorio.

- Utilice guantes protectores desechables sin talco, bata de laboratorio y protección ocular cuando manipule muestras.
- Evite la contaminación microbiana y con nucleasas (ADNsas/RNasas) de la muestra y de los componentes del kit.
- Utilice siempre puntas de pipetas desechables libres de ADNsas/RNasas con barreras de aerosol.
- Utilice siempre guantes protectores desechables sin talco cuando manipule los componentes del kit.
- Utilice áreas de trabajo separadas para (i) la preparación de las muestras, (ii) la configuración de reacción y (iii) las actividades de amplificación/detección. El flujo de trabajo en el laboratorio debe realizarse de manera unidireccional. Utilice siempre guantes desechables en cada área y cámbieselos antes de acceder a un área distinta.
- Utilice suministros y equipamiento en cada área de trabajo separada y no los translade de un área a otra.
- Almacene el material positivo o presuntamente positivo separadamente de todos los demás componentes del kit.
- No abra los tubos o placas de reacción después de la amplificación, para evitar la contaminación con amplicones.
- Pueden utilizarse controles adicionales utilizando de acuerdo con las pautas o requisitos de las regulaciones locales, estatales y/o federales, o de organizaciones de acreditación.
- No esterilice en el autoclave los tubos de reacción después de la PCR, ya que no degradará el ácido nucleico amplificado y conllevará el riesgo de contaminar la zona del laboratorio.
- No utilice componentes del kit cuya fecha de caducidad.
- Descarte muestras y residuos del test conforme a las regulaciones locales de seguridad.

## 8. Procedimiento

### 8.1 Preparación de las muestras

El ADN extraído es el material inicial para el RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0.

La calidad del ADN extraído tiene una repercusión fundamental en el rendimiento del test. Debe garantizarse que el sistema utilizado para la extracción de ácido nucleico sea compatible con la tecnología de PCR en tiempo real. Los siguientes kits y sistemas son adecuados para la extracción de ácido nucleico:

- QIAamp® ADN Mini Kit (QIAGEN)
- QIASymphony® (QIAGEN)
- NucliSENS® easyMag® (bioMérieux)
- MagNA Pure 96 System (Roche)
- m2000sp (Abbott)
- Maxwell® 16 IVD Instrument (Promega)
- VERSANT® kPCR Molecular System SP (Siemens Healthcare)

También pueden resultar adecuados sistemas alternativos de extracción de ácido nucleico.

La idoneidad del procedimiento de extracción de ácido nucleico para su uso con el RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 debe validarla el usuario.

Si utiliza un procedimiento de preparación de muestras basado en centrifugación (spin column, en inglés) que incluya tampones de lavado que contengan etanol, se recomienda encarecidamente seguir un paso de centrifugación adicional durante 10 minutos a aproximadamente 17 000 x g (~13 000 rpm), utilizando un tubo de recogida nuevo, antes de la elución del ácido nucleico.

#### PRECAUCIÓN



***Si su sistema de preparación de pruebas utiliza tampones de lavado que contengan etanol, asegúrese de eliminar cualquier resto de etanol antes de la elución del ácido nucleico. El etanol es un potente inhibidor de la PCR en tiempo real.***



***El uso de ARN portador es crucial para la eficiencia de la extracción y para la estabilidad del ácido nucleico extraído.***

Si necesita más información o asistencia técnica en relación con el pretratamiento y la preparación de muestras, póngase en contacto con nuestro Servicio técnico (ver capítulo 14. Servicio técnico).

### 8.2 Preparación de la Master Mix

Todos los reactivos y muestras deben descongelarse completamente, mezclarse (pipeteando o aplicando un vortex suave) y centrifugarse brevemente antes de su uso.

El RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 contiene un Control interno heterólogo, que puede utilizarse como control de inhibición de PCR o para controlar el procedimiento de preparación de muestras (extracción de ácido nucleico) y como control de inhibición de PCR.

- ▶ Si se utiliza el Control interno como control de inhibición de PCR, pero no como control para el procedimiento de preparación de muestras, prepare la Master Mix de acuerdo con el siguiente esquema de pipeteo:

Número de reacciones (rxns)	1	24
Master A	5 µl	120 µl
Master B	15 µl	360 µl
Internal Control	1 µl	24 µl
<b>Volumen de Master Mix</b>	<b>21 µl</b>	<b>504 µl</b>

- ▶ Si se utiliza el Control interno como control para el procedimiento de preparación de muestras y como control de inhibición de PCR, añada el Control interno durante el procedimiento de extracción de ácido nucleico.
- ▶ Si se añadió el Control interno durante el procedimiento de preparación de muestras, configure la Master Mix conforme al siguiente esquema de pipeteo:

Número de reacciones (rxns)	1	24
Master A	5 µl	120 µl
Master B	15 µl	360 µl
<b>Volumen de Master Mix</b>	<b>20 µl</b>	<b>480 µl</b>

**PRECAUCIÓN**

*Si se añadió el Control interno durante el procedimiento de preparación, al menos el control negativo debe incluir el Control interno.*



*Sin importar que método o sistema se utilice para la extracción de ácido nucleico, no añada nunca el Control interno directamente a la muestra.*

**8.3 Preparación de la reacción**

- ▶ Pipetee 20 µl de la Master Mix en cada pocillo necesario de una placa de reacción óptica de 96 pocillos o un tubo de reacción óptica.
- ▶ Añada 10 µl de la muestra (eluido de la extracción de ácido nucleico) o 10 µl del control (control positivo o negativo).

Configuración de reacción	
Master Mix	20 µl
Muestra o control	10 µl
<b>Volumen total</b>	<b>30 µl</b>

- ▶ Asegúrese de que se utilicen cada control positivo y al menos uno negativo por serie.
- ▶ Mezcle a fondo las muestras y los controles con la Master Mix pipeteando hacia arriba y hacia abajo.
- ▶ Cierre la placa de reacción de 96 pocillos con las tapas adecuadas o una lámina adhesiva óptica y los tubos de reacción con las tapas adecuadas.
- ▶ Centrifugue la placa de 96 pocillos en una centrífuga con un rotor de placa de microtitulación durante 30 segundos a aproximadamente 1000 x g (~3000 rpm).

**9. Programación de los instrumentos de PCR en tiempo real**

Para obtener información básica sobre la preparación y la programación de los diferentes instrumentos de PCR en tiempo real, consulte el manual de usuario del instrumento en cuestión.

Para obtener instrucciones detalladas para la programación en relación con el uso del RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 en instrumentos de PCR en tiempo real, póngase en contacto con nuestro servicio técnico (ver capítulo 14. Servicio técnico).

**9.1 Configuración**

- ▶ Defina la siguiente configuración:

Configuración	
Volumen de reacción	30 µl
Índice de aumento	Predeterminado
Referencia pasiva	Ninguno



## 9.2 Detectores de fluorescencia

- Defina los detectores de fluorescencia (colorantes):

Objetivo	Nombre de detector	Reporter	Quencher
ADN específico de <i>tcdA</i>	<i>tcdA</i>	Cy <sup>®</sup> 5	(Ninguno)
ADN específico de <i>tcdB</i>	<i>tcdB</i>	FAM™	(Ninguno)
Internal Control (Control interno)	IC	JOE™	(Ninguno)

## 9.3 Perfil de temperatura y detección de fluorescencia

- Defina el perfil de temperatura y la detección de fluorescencia:

	Fase	Ciclo Repeticiones	Obtención	Temperatura [°C]	Tiempo [min:s]
Desnaturalización	Retención	1	-	95	02:00
Amplificación	Ciclo	45	-	95	0:15
			sí	58	0:45

## 10. Análisis de datos

Para ver información básica en relación con el análisis de datos en instrumentos específicos de PCR en tiempo real, consulte el manual de usuario del instrumento en cuestión.

Para ver instrucciones sobre el análisis de los datos generados con el RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 en diferentes instrumentos específicos de PCR en tiempo real, póngase en contacto con nuestro Servicio técnico (ver capítulo 14. Servicio técnico).

### 10.1 Validez de las series de pruebas diagnósticas

#### 10.1.1 Serie válida de pruebas diagnósticas

Para que una serie de pruebas diagnósticas sea **válida**, deben cumplirse las siguientes condiciones de control:

Id. de control	Canal de detección		
	Cy <sup>®</sup> 5	FAM™	JOE™
Control positivo [ <i>tcdA</i> y <i>tcdB</i> ]	+	+	+/-*
Control negativo	-	-	+

\* La presencia o ausencia de una señal en el canal JOE™ no es relevante para la validez de la prueba.

#### 10.1.2 Serie no válida de pruebas diagnósticas

Una serie de pruebas diagnósticas es **no válida**(i) si la serie no se ha completado o (ii) si no se cumple cualquiera de las condiciones de control para una serie de pruebas diagnósticas **válida**.

En caso de que obtenga una serie de pruebas diagnósticas **no válida**, repita las pruebas utilizando el resto de ácidos nucleicos purificados o empiece de nuevo con las muestras originales.

## 10.2 Interpretación de los resultados

### 10.2.1 Análisis cualitativo

Canal de detección			Interpretación del resultado
FAM™	Cy <sup>®</sup> 5	JOE™	
+	+	+	<i>tcdA</i> y se ha detectado ADN específico de <i>tcdB</i> .
+	-	+	Se ha detectado ADN específico de <i>tcdB</i> .
-	+	+	Se ha detectado ADN específico de <i>tcdA</i> .
-	-	+	No se ha detectado ADN específico de <i>tcdA</i> ni de <i>tcdB</i> . La muestra no contiene cantidades detectables de ADN específico de <i>tcdA</i> ni de <i>tcdB</i> .
-	-	-	Inhibición de la PCR o fallo del reactivo. Repita el test con la muestra original o recoja y someta a pruebas una nueva muestra.

\* La detección del Control interno en el canal de detección JOE™ no es necesaria para resultados positivos en el canal de detección Cy<sup>®</sup>5o en el canal de detección FAM™. Una carga alta de ADN de *tcdA* y/o *tcdB* en la muestra puede provocar señales reducidas o ausentes de Control interno.

## 11. Evaluación de rendimiento

Se utilizó el ADN genómico de la cepa de *C. difficile* ATCC® 9689™ de la Colección de Cultivos Tipo de EE. UU. ATCC® (presencia de genes *tcdA* y *tcdB* confirmada mediante PCR) para la evaluación de rendimiento. La cepa ATCC® 9689™ representa la cepa de control de calidad conforme a DIN 58959-7 («Gestión de la calidad en microbiología médica. Parte 7: Requisitos generales para la utilización de cepas de control»).

### 11.1 Sensibilidad analítica

La sensibilidad analítica del RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 se define como la concentración (copias por µl del eluido) de moléculas de ADN específico de *tcdA* y *tcdB* que pueden detectarse con un índice positivo del 95 %. La sensibilidad analítica se determinó mediante el análisis de series de dilución de ADN genómico de la cepa ATCC® 9689™.

Tabla 1: Resultados de PCR utilizados para el cálculo de la sensibilidad analítica con respecto a la detección específica del ADN de *tcdA*

Conc. [copias/µl]	Número de replicados	Número de positivos	Índice de éxito [%]
2,080	16	16	100
0,660	24	24	100
0,208	24	16	67
0,066	24	13	54
0,021	24	1	4
0,007	24	0	0
0,002	24	0	0

Tabla 2: Resultados de PCR utilizados para el cálculo de la sensibilidad analítica con respecto a la detección específica del ADN de *tcdB*

Conc. [copias/μl]	Número de replicados	Número de positivos	Índice de éxito [%]
2,080	16	16	100
0,660	24	24	100
0,208	24	22	92
0,066	24	18	75
0,021	24	6	25
0,007	24	3	13
0,002	24	0	0

La sensibilidad analítica del RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 se determinó mediante análisis Probit:

- Para la detección de ADN específico de *tcdA*, la sensibilidad analítica es de 0,48 copias/μl [95 % de intervalo de confianza (CI): 0,3 - 1,0 copias/μl]
- Para la detección de ADN específico de *tcdB*, la sensibilidad analítica es de 0,24 copias/μl [95 % de intervalo de confianza (CI): 0,14 - 5,43 copias/μl]

## 11.2 Especificidad analítica

La especificidad analítica del RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 se garantiza mediante la selección exhaustiva de los oligonucleótidos (cebadores y sondas). Los oligonucleótidos se comprobaron mediante un análisis de comparación con secuencias disponibles públicamente para asegurar que se detectarán todos los genotipos relevantes de *Clostridium difficile*.

La especificidad analítica del RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 se evaluó probando un panel de ADN y ARN genómicos extraídos de diferentes patógenos gastrointestinales y de la flora comensal que se encuentra en el intestino y en las heces.

El RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 no mostró reacciones cruzadas con ninguno de los siguientes patógenos:

- Astrovirus
- Virus de la hepatitis A
- Virus de la hepatitis E
- Adenovirus humano 1
- Norovirus (GI)
- Norovirus (GII)
- Rotavirus
- Virus Sapporo
- *Campylobacter spec.*
- *Entamoeba spec.*
- *Entamoeba histolytica*
- *Escherichia coli*
- *Giardia lamblia*
- *Salmonella spec.*

## 11.3 Precisión

La precisión para el RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 se determinó como variabilidad de intratest (variabilidad dentro de un experimento), variabilidad de intertest (variabilidad entre diferentes experimentos) y variabilidad interlote (variabilidad entre diferentes lotes de producción). La variabilidad total se calculó combinando los tres análisis.

Los datos de variabilidad se expresan en términos de variación estándar y coeficiente de variación basados en valores de ciclo de umbral de (C<sub>t</sub>) del ADN específico de la toxina A (tcdA) y de la toxina B (tcdB), y el Control interno. Se analizaron al menos seis replicados por muestra para variabilidad intratest, intertest e interlote.

Tabla 3: Datos de precisión para la detección específica del ADN de tcdA y tcdB

tcdA y tcdB		Ciclos de umbral medios (C <sub>t</sub> )	Desviación estándar	Coefficiente de variación [%]
Variabilidad intratest	tcdA	26,77	0,26	0,96
	tcdB	26,82	0,13	0,49
Variabilidad intertest	tcdA	26,80	0,25	0,93
	tcdB	26,68	0,19	0,70
Variabilidad interlote	tcdA	26,94	0,38	1,43
	tcdB	26,89	0,14	0,54
Variabilidad total	tcdA	26,91	0,35	1,29
	tcdB	26,77	0,22	0,81

Tabla 4: Datos de precisión para la detección del Control interno

Control interno	Ciclos de umbral medios (C <sub>t</sub> )	Desviación estándar	Coefficiente de variación [%]
Variabilidad intratest	22,98	0,12	0,52
Variabilidad intertest	23,03	0,12	0,52
Variabilidad interlote	23,34	0,25	1,06
Variabilidad total	23,22	0,41	1,76

## 12. Limitaciones

- Se requiere el cumplimiento estricto de las instrucciones de uso para obtener unos resultados óptimos.
- El uso de este producto se limita a personal instruido especialmente y formado en las técnicas de PCR en tiempo real y procedimientos de diagnóstico *in vitro*.
- Unas buenas prácticas de laboratorio son esenciales para que esta test tenga un rendimiento adecuado. Deben extremarse las precauciones para preservar la pureza de los componentes del kit y las configuraciones de reacción. Todos los reactivos deben supervisarse atentamente para saber si tienen impurezas y contaminación. Los reactivos sospechosos deben descartarse.
- Es necesario realizar procedimientos correctos de recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento para que esta prueba tenga un rendimiento óptimo.
- Esta el test no debe utilizarse directamente en la muestra. Deben llevarse a cabo métodos adecuados de extracción de ácido nucleico antes de utilizar esta prueba de valoración.
- La presencia de inhibidores de la PCR (p.ej. heparina) puede provocar falsos negativos o resultados no válidos.
- Las posibles mutaciones dentro de las regiones objetivo del genoma de tcdA y tcdB cubiertas por los cebadores o las sondas utilizados en el kit pueden provocar fallos al detectar la presencia de los patógenos.
- Como con cualquier prueba diagnóstica, los resultados del RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 deben interpretarse teniendo en consideración todos los hallazgos clínicos y de laboratorio.

### 13. Control de calidad

De acuerdo con el sistema de control de calidad con certificación ISO 13485 de Altona Diagnostics GmbH, cada lote del RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 se somete a pruebas con especificaciones predeterminadas para asegurar la calidad consistente del producto.

### 14. Servicio técnico

Si necesita asesoramiento técnico, póngase en contacto con nuestro Servicio técnico:

**E-mail:** support@altona-diagnostics.com  
**Teléfono:** +49-(0)40-5480676-0

### 15. Bibliografía

Versalovic, James, Carroll, Karen C., Funke, Guido, Jorgensen, James H., Landry, Marie Louise y David W. Warnock (ed). Manual of Clinical Microbiology. 10.ª edición. ASM Press, 2011.

Cohen, Jonathan, Powderly, William G. and Steven M.O. Infectious Diseases, tercera edición. Mosby, 2010.

### 16. Marcas comerciales e información legal

RealStar® (Altona Diagnostics); ABI Prism® (Applied Biosystems); ATCC® (American Type Culture Collection); CFX96™ (Bio-Rad); Cy® (GE Healthcare); FAM™, JOE™, ROX™ (Life Technologies); LightCycler® (Roche); Maxwell® (Promega); Mx 3005P™ (Stratagene); NucliSENS®, easyMag® (bioMérieux); Rotor-Gene®, QIAamp®, QIAasymphony® (QIAGEN); VERSANT® (Siemens Healthcare).

No debe considerarse que los nombres registrados, las marcas comerciales, etc. utilizados en este documento, incluso aunque no se marquen específicamente como tales, carecen de protección legal.





El RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 es un kit de diagnóstico con marcado CE conforme a la directiva europea de diagnóstico *in vitro* 98/79/EC.

Producto sin licencia con Health Canada y sin autorización ni aprobación de la FDA.

No disponible en todos los países.

© 2017 Altona Diagnostics GmbH; reservados todos los derechos.

## 17. Explicación de los símbolos

	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>
	Código de lote
	Color del tapón
	Número de producto
	Contenido
	Número
	Componente
	Número mundial de artículo comercial
	Consultar instrucciones de uso
	Contiene suficiente para «n» pruebas/reacciones (rxns)
	Límite de temperatura
	Fecha de vencimiento
	Fabricante
	Precaución
	Nota
	Versión

## Notas:

**always a drop ahead.**

altona Diagnostics GmbH  
Mörkenstr. 12  
22767 Hamburg, Germany

phone +49 40 548 0676 0  
fax +49 40 548 0676 10  
e-mail [info@altona-diagnostics.com](mailto:info@altona-diagnostics.com)

[www.altona-diagnostics.com](http://www.altona-diagnostics.com)

