

Instrukcja użytkowania

RealStar[®] JCV PCR Kit 1.0

02/2018 PL

RealStar[®]

JCV PCR Kit 1.0

Do stosowania z

m2000rt (Abbott Diagnostics)

Mx 3005P™ QPCR System (Stratagene)

VERSANT[®] kPCR Molecular System AD (Siemens Healthcare)

ABI Prism[®] 7500 SDS (Applied Biosystems)

ABI Prism[®] 7500 Fast SDS (Applied Biosystems)

Rotor-Gene[®] 6000 (Corbett Research)

Rotor-Gene[®] Q5/6 plex Platform (QIAGEN)

CFX96™ Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad)

CFX96™ Deep Well Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad)

LightCycler[®] 480 Instrument II (Roche)



041013



96



02 2018



altona Diagnostics GmbH • Mörkenstr. 12 • D-22767 Hamburg

Spis treści

1.	Przeznaczenie zestawu.....	6
2.	Składniki zestawu	6
3.	Przechowywanie	6
4.	Materiały i urządzenia wymagane, ale niedołączone.....	7
5.	Podstawowe informacje	8
6.	Opis wyrobu	8
6.1	Urządzenia PCR w czasie rzeczywistym	10
6.2	Typy próbek.....	11
7.	Ostrzeżenia i środki ostrożności	11
8.	Procedura	13
8.1	Przygotowanie próbki.....	13
8.2	Przygotowanie mieszaniny master mix.....	14
8.3	Konfiguracja reakcji.....	16
9.	Programowanie urządzeń PCR w czasie rzeczywistym	17
9.1	Ustawienia.....	17
9.2	Detektory fluorescencji (barwniki)	17
9.3	Profil temperatury i pomiar barwnika.....	18
10.	Analiza danych	18
10.1	Prawidłowość badań diagnostycznych.....	19
10.1.1	Prawidłowe badanie diagnostyczne (jakościowe).....	19
10.1.2	Nieprawidłowe badanie diagnostyczne (jakościowe).....	19
10.1.3	Prawidłowe badanie diagnostyczne (ilościowe).....	20
10.1.4	Nieprawidłowe badanie diagnostyczne (ilościowe).....	20

10.2	Manualna analiza	21
10.2.1	Analiza jakościowa	21
10.2.2	Analiza ilościowa	21
11.	Charakterystyka działania testu	23
11.1	Czułość analityczna	23
11.2	Swoistość analityczna	24
11.3	Zakres liniowości	25
11.4	Precyzja	26
12.	Ograniczenia.....	27
13.	Kontrola jakości	28
14.	Pomoc techniczna.....	28
15.	Literatura.....	28
16.	Znaki towarowe i zastrzeżenia	29
17.	Wyjaśnienie symboli.....	30

1. Przeznaczenie zestawu

Zestaw RealStar® JCV PCR Kit 1.0 to test diagnostyczny *in vitro* oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym, służący do wykrywania i oznaczania ilościowego DNA właściwego dla wirusa JC (JCV).

2. Składniki zestawu

Kolor zakrętki	Składnik	Liczba fiolek	Objętość [μl/fiolkę]
Niebieski	Master A	8	60
Fioletowy	Master B	8	180
Zielony	Internal Control	1	1000
Czerwony	QS1-4*	4	250
Biały	Water (PCR grade)	1	500

* Zestaw RealStar® JCV PCR Kit 1.0 zawiera standardy ilościowe (QS) dla czterech różnych stężeń (patrz rozdział 6. Opis wyrobu)

Internal Control = kontrola wewnętrzna

Water (PCR grade) = woda (klasa PCR)

3. Przechowywanie

- Zestaw RealStar® JCV PCR Kit 1.0 jest wysyłany w suchym lodzie. Składniki zestawu powinny być dostarczone w stanie zamrożonym. W przypadku, gdy jeden lub więcej składników zestawu nie jest zamrożony podczas dostawy lub próbki zostały uszkodzone podczas transportu należy skontaktować się z Altona Diagnostics GmbH w celu uzyskania pomocy.
- Po odbiorze wszystkie składniki należy przechowywać w temperaturze od -25 °C do -15 °C.
- Należy unikać wielokrotnego cyklu rozmrażania i zamrażania odczynników Master (więcej niż dwukrotnie), ponieważ może to negatywnie wpływać to na właściwości użytkowe testu. Odczynniki powinny być zamrażane w porcjach, jeśli nie zostaną użyte na raz.

- Przechowywanie w temperaturze +2 °C do +8 °C nie powinno przekroczyć 2 godzin.
- Mieszaniny reakcyjne Master A i Master B należy chronić przed światłem.

4. Materiały i urządzenia wymagane, ale niedołączone

- Odpowiednie urządzenie do PCR w czasie rzeczywistym (patrz rozdział 6.1 Urządzenia PCR w czasie rzeczywistym)
- Odpowiedni system lub zestaw do izolacji kwasu nukleinowego (patrz rozdział 8.1 Przygotowanie próbki)
- Wirówka z rotorem na probówki reakcyjne o objętości 2 ml
- Wirówka z rotorem na mikropłytki, w przypadku używania płytek reakcyjnych z 96 studzienkami
- Wytrząsarka
- Odpowiednie płytki reakcyjne z 96 studzienkami lub probówki reakcyjne z odpowiednim zamknięciem (optycznym)
- Pipety (regulowane)
- Końcówki do pipet z filtrami do jednorazowego użytku
- Rękawiczki bezpudrowe do jednorazowego użytku

UWAGA



Należy upewnić się, że wszystkie użyte urządzenia zostały zainstalowane, skalibrowane, sprawdzone i są konserwowane zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

UWAGA



Zalecane jest użycie rotora z 72 studzienkami z odpowiednimi probówkami reakcyjnymi o objętości 0,1 ml w przypadku użycia Rotor-Gene® 6000 (Corbett Research) lub Rotor-Gene® Q 5/6 plex (QIAGEN).

5. Podstawowe informacje

Rodzina *Polyomaviridae* obejmuje co najmniej 16 wirusów powodujących zakażenia u różnych gatunków ssaków. Dwa z nich, *BK polyomavirus* (BKV, wirus BK) oraz *JC polyomavirus* (JCV, wirus JC), są częstą przyczyną zakażeń u ludzi na całym świecie.

Poliomawirusy to niewielkie bezotoczkowe wirusy ikozaedralne, posiadające superzwinięty, dwuniciowy genom DNA o długości około 5000 par zasad (bp). Ludzki poliowirus współdzieli około 70% sekwencji z wirusem SV40. Pomimo wysokiej homologii sekwencji, poliowirusy charakteryzują się ograniczonym zakresem gospodarzy, oraz odrębnymi cyklami życiowymi i patogenezą chorób.

Zakażenia pierwotne wirusem JCV występują zwykle we wczesnym dzieciństwie i mają charakter podkliniczny, przy czym zakażenie utrzymuje się przez całe życie. Jako główne typy komórek ulegające trwałym zakażeniom wirusem JCV zidentyfikowano komórki nabłonkowe nerek, limfocyty i oligodendrocyty. Mimo że zakażenia poliowirusem pozostają niewykrywalne u osób z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym, reaktywacja wirusa BKV i/lub JCV w połączeniu z immunosupresją może prowadzić do poważnych chorób. Reaktywacja wirusa JCV może powodować rozwój postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej (PML) – choroby demielinizacyjnej centralnego układu nerwowego.

6. Opis wyrobu

Zestaw RealStar® JCV PCR Kit 1.0 to test diagnostyczny *in vitro* oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym, służący do wykrywania i oznaczania ilościowego DNA właściwego dla wirusa JC (JCV).

Test zawiera heterologiczny system amplifikacji (kontrola wewnętrzna) umożliwiający identyfikację ewentualnej inhibicji PCR oraz weryfikację integralności odczynników wchodzących w skład zestawu.

Technologia PCR w czasie rzeczywistym wykorzystuje reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) w celu amplifikacji sekwencji docelowych oraz sondy właściwej dla tych sekwencji docelowych w celu wykrycia amplifikowanego DNA. Sondy są oznakowane fluorescencyjnym barwnikiem reporterowym i barwnikiem tłumiącym.

Sondy właściwe dla DNA JCV są oznakowane fluoroforem FAM™. Sonda właściwa dla kontroli wewnętrznej (IC) jest oznakowana fluoroforem JOE™.

Użycie sond związanych z różnymi barwnikami umożliwia równoległe wykrywanie DNA właściwego dla JCV oraz IC w odpowiadającym im kanałach detekcji urządzenia do PCR w czasie rzeczywistym.

Badanie obejmuje dwa procesy w pojedynczym oznaczeniu:

- Amplifikacja PCR sekwencji docelowej DNA i kontroli wewnętrznej
- Równoczesna detekcja amplikonów PCR przez sondy oznakowane barwnikiem fluorescencyjnym

Zestaw RealStar® JCV PCR Kit 1.0 obejmuje:

- Master A
- Master B
- Internal Control
- QS1-4*
- Water (PCR grade)

* Standardy ilościowe (QS) o czterech różnych stężeniach

Internal Control = kontrola wewnętrzna

Water (PCR grade) = woda (klasa PCR)

Mieszanki reakcyjne Master A i Master B zawierają wszystkie składniki (roztwór buforowy PCR, polimerazę DNA, sól magnezu, startery i sondy) umożliwiające jak również związaną z PCR amplifikację i detekcję DNA właściwego dla JCV oraz IC w konfiguracji pojedynczej reakcji.

Standardy ilościowe zawierają znormalizowane stężenia DNA właściwego dla JCV. Standardy ilościowe zostały skalibrowane w stosunku do pierwszego międzynarodowego wzorca Światowej Organizacji Zdrowia dla technik amplifikacji kwasu nukleinowego wirusa JC [1st WHO International Standard for JC Virus for Nucleic Acid Amplification Techniques (NAT) (NIBSC code 14/114)]. Standardy ilościowe mogą być stosowane indywidualnie jako kontrole pozytywne lub łącznie w celu utworzenia **krzywej wzorcowej**, która z kolei może być użyta do wyznaczenia stężenia DNA właściwego dla JCV w próbce.

Standardy ilościowe mają następujące stężenia:

Standard ilościowy	Stężenie [IU/μl]
QS1	1,00E+04
QS2	1,00E+03
QS3	1,00E+02
QS4	1,00E+01

6.1 Urządzenia PCR w czasie rzeczywistym

Zestaw RealStar® JCV PCR Kit 1.0 został opracowany i zwalidowany do pracy z następującymi urządzeniami PCR w czasie rzeczywistym:

- m2000rt (Abbott Diagnostics)
- Mx 3005P™ QPCR System (Stratagene)
- VERSANT® kPCR Molecular System AD (Siemens Healthcare)
- ABI Prism® 7500 SDS (Applied Biosystems)
- ABI Prism® 7500 Fast SDS (Applied Biosystems)
- Rotor-Gene® 6000 (Corbett Research)
- Rotor-Gene® Q5/6 plex Platform (QIAGEN)
- CFX96™ Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad)

- CFX96™ Deep Well Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad)
- LightCycler® 480 Instrument II (Roche)

6.2 Typy próbek

Następujące typy próbek zostały zwalidowane do użycia z zestawem RealStar® JCV PCR Kit 1.0:

- Osocze pobrane na EDTA

Jeśli stosuje się odpowiednią procedurę izolacji kwasu nukleinowego, zestaw RealStar® JCV PCR Kit 1.0 może być używany do pobierania dodatkowych typów próbek. Możliwość używania danej procedury izolacji kwasu nukleinowego wymaga walidacji przez użytkownika.

7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji użytkowania przed użyciem wyrobu.

- Przed pierwszym użyciem sprawdzić wyrób i jego składniki pod kątem:
 - Integralności
 - Kompletności pod względem liczby, typu i stopnia napełnienia (patrz rozdział 2. Składniki zestawu)
 - Prawidłowych etykiet
 - Zamarznięcia w momencie dostawy
- Użycie tego wyrobu jest ograniczone wyłącznie do personelu poinstruowanego i przeszkolonego w technikach PCR w czasie rzeczywistym oraz procedurach diagnostyki *in vitro*.
- Próbkę należy zawsze traktować jako zakaźne i/lub zagrożenie biologiczne zgodnie z procedurami bezpieczeństwa laboratorium.

- Podczas pracy z próbkami należy zawsze nosić ochronne rękawiczki bezpudrowe jednorazowego użytku, fartuch laboratoryjny i ochronę oczu.
- Unikać skażenia próbek oraz składników zestawu mikroorganizmami i nukleazami (DNaza/RNaza).
- Zawsze używać końcówek pipet jednorazowego użytku, nieskażonych DNazą/RNazą, z barierą chroniącą przed aerozolami.
- Podczas pracy ze składnikami zestawu należy zawsze nosić ochronne rękawiczki bezpudrowe jednorazowego użytku.
- Należy korzystać z oddzielnych obszarów roboczych do (i) przygotowania próbki, (ii) konfiguracji reakcji oraz (iii) amplifikacji/detekcji. Praca w laboratorium powinna przebiegać jednokierunkowo. Zawsze nosić rękawiczki jednorazowe w każdym obszarze i zmieniać je przed przejściem do innego obszaru.
- Materiały eksploatacyjne i wyposażenie należy przypisać do danego obszaru roboczego i nie przenosić ich pomiędzy poszczególnymi obszarami.
- Materiał pozytywny lub potencjalnie pozytywny należy przechowywać osobno od wszystkich innych składników zestawu.
- Nie otwierać płytek/probówek reakcyjnych po amplifikacji, aby uniknąć zanieczyszczenia amplikonami.
- Dodatkowe kontrole mogą wymagać oznaczenia zgodnie z wytycznymi lub wymaganiami przepisów lokalnych, stanowych i/lub federalnych lub organizacji akredytujących.
- Nie należy sterylizować probówek reakcyjnych po badaniu PCR w autoklawie, ponieważ nie zapewnia to degradacji amplifikowanego kwasu nukleinowego i wiąże się z ryzykiem skażenia obszaru laboratorium.
- Nie stosować składników zestawu po upływie ich terminu ważności.
- Utylizować odpady (próbki i testy) zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

8. Procedura

8.1 Przygotowanie próbki

Materiał startowy dla zestawu RealStar® JCV PCR Kit 1.0 stanowi wyizolowane DNA.

Jakość wyizolowanego DNA ma istotny wpływ na działanie całego systemu testowego. Należy upewnić się, czy stosowany system izolacji kwasu nukleinowego jest kompatybilny z technologią PCR w czasie rzeczywistym. Izolację kwasu nukleinowego można wykonać z użyciem następujących zestawów i systemów:

- QIAamp® DNA Mini Kit (QIAGEN)
- QIAamp® Viral RNA Mini Kit (QIAGEN)
- QIASymphony® (QIAGEN)
- NucliSENS® easyMAG® (bioMérieux)
- MagNA Pure 96 System (Roche)
- m2000sp (Abbott)
- Maxwell® 16 IVD Instrument (Promega)
- VERSANT® kPCR Molecular System SP (Siemens Healthcare)

Inne systemy oraz zestawy izolacji kwasu nukleinowego mogą również być odpowiednie. Możliwość używania danej procedury izolacji kwasu nukleinowego z zestawem RealStar® JCV PCR Kit 1.0 wymaga dodatkowej walidacji przez użytkownika.

W przypadku korzystania z procedury przygotowania próbki opartej na metodzie kolumnkowej oraz buforach płuczących zawierających alkohol etylowy, przed etapem elucji kwasu nukleinowego zalecane jest wykonanie dodatkowego etapu odwirowania przez 10 minut przy prędkości 17000 x g (~ 13000 obr./min.) z użyciem nowej probówki zbiorczej.

OSTROŻNIE

Jeśli w systemie przygotowania próbki wykorzystywane są bufony płuczące zawierające alkohol etylowy, należy upewnić się, że przed etapem elucji kwasu nukleinowego usunięte zostały wszelkie pozostałości alkoholu etylowego. Alkohol etylowy jest silnym inhibitorem badania PCR w czasie rzeczywistym.

OSTROŻNIE

Użycie nośnikowego RNA jest krytyczne dla wydajności izolacji i stabilności izolowanego kwasu nukleinowego.

Dodatkowe informacje i pomoc techniczną w zakresie obróbki wstępnej i przygotowania próbki można uzyskać w dziale pomocy technicznej (patrz rozdział 14. Pomoc techniczna).

8.2 Przygotowanie mieszaniny master mix

Przed użyciem wszystkie odczynniki i próbki powinny być całkowicie rozmrożone, wymieszane (poprzez użycie pipety lub wytrząsanie) i krótko odwirowane.

Zestaw RealStar® JCV PCR Kit 1.0 zawiera heterologiczną IC, która może być stosowana jako kontrola inhibicji PCR lub jako kontrola dla procedury przygotowania próbki (izolacja kwasu nukleinowego) i jako kontrola inhibicji PCR.

- ▶ Jeśli kontrola wewnętrzna jest używana jako kontrola inhibicji PCR, a nie jako kontrola procedury przygotowania próbki, mieszaninę master mix należy przygotować zgodnie z następującym schematem pipetowania:

Liczba reakcji (rxns)	1	12
Master A	5 µl	60 µl
Master B	15 µl	180 µl
Kontrola wewnętrzna	1 µl	12 µl
Objętość mieszaniny master mix	21 µl	252 µl

- ▶ Jeśli kontrola wewnętrzna jest używana jako kontrola procedury przygotowania próbki i jako kontrola inhibicji PCR, dodaj IC podczas procedury izolacji kwasu nukleinowego.
- ▶ Niezależnie od metody/systemu stosowanego do izolacji kwasu nukleinowego, **nie należy** dodawać IC bezpośrednio do próbki. IC należy zawsze dodawać do mieszaniny próbki i buforu lizującego. Objętość dodawanego IC zawsze zależy wyłącznie od objętości eluatu. Stanowi ona 10% objętości eluatu. Na przykład, jeśli kwas nukleinowy ma być eluowany w 60 µl buforu elucyjnego lub wody, do mieszaniny próbki i buforu lizującego należy dodać 6 µl IC na próbkę.
- ▶ Jeśli kontrola wewnętrzna została dodana podczas procedury przygotowania próbki, mieszaninę master mix należy przygotować zgodnie z następującą procedurą schematu pipetowania:

Liczba reakcji (rxns)	1	12
Master A	5 µl	60 µl
Master B	15 µl	180 µl
Objętość mieszaniny master mix	20 µl	240 µl

OSTROŻNIE

Jeśli kontrola wewnętrzna (IC) została dodana podczas procedury przygotowania próbki, co najmniej kontrola negatywna powinna zawierać IC.

OSTROŻNIE

Niezależnie od metody/systemu stosowanego do izolowania kwasu nukleinowego, nie należy dodawać IC bezpośrednio do próbki.

8.3 Konfiguracja reakcji

- ▶ Przenieś pipetą 20 µl mieszaniny master mix do odpowiednich studzienek w 96-studzienkowej płytce optycznej lub do odpowiedniej optycznej probówki reakcyjnej.
- ▶ Dodaj 10 µl próbki (eluat z izolacji kwasu nukleinowego) lub 10 µl roztworu kontrolnego (standard ilościowy, kontrola pozytywna lub negatywna).

Konfiguracja reakcji	
Mieszanina master mix	20 µl
Próbka lub kontrola	10 µl
Objętość całkowita	30 µl

- ▶ Należy upewnić się, że dla każdego badania używana jest co najmniej jedna kontrola pozytywna (QS) oraz jedna kontrola negatywna.
- ▶ Do celów oznaczenia ilościowego, należy użyć wszystkie (QS1 do QS4).
- ▶ Dokładnie wymieszaj próbki i kontrole z mieszaniną master mix poprzez pipetowanie w górę i w dół.
- ▶ Zamknij 96-studzienkową płytkę, używając odpowiednich pokrywek lub optycznej folii do zamykania płytek oraz zamknij probówki reakcyjne, używając odpowiednich pokrywek.
- ▶ Odwiruj 96-studzienkową płytkę w wirówce kompatybilnej z mikroplątką przez 30 sekund z prędkością około 1000 x g (~ 3000 obr./min).

9. Programowanie urządzeń PCR w czasie rzeczywistym

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji i programowania różnych urządzeń PCR w czasie rzeczywistym znajdują się w instrukcji użytkownika danego urządzenia.

Szczegółowe instrukcje dotyczące programowania i używania zestawu RealStar® JCV PCR Kit 1.0 z określonymi urządzeniami PCR w czasie rzeczywistym można uzyskać w dziale pomocy technicznej (patrz rozdział 14. Pomoc techniczna).

9.1 Ustawienia

- ▶ Wybierz następujące ustawienia:

Ustawienia	
Objętość reakcji	30 µl
Szybkość zmiany	Domyślna
Wzorzec pasywny	ROX™

9.2 Detektory fluorescencji (barwniki)

- ▶ Wybierz następujące detektory fluorescencji (barwniki):

Sekwencja docelowa	Nazwa detektora	Barwnik reporterowy	Barwnik tłumiący
DNA właściwe dla JCV	JCV	FAM™	(Brak)
Kontrola wewnętrzna (IC)	IC	JOE™	(Brak)

9.3 Profil temperatury i pomiar barwnika

- Wybierz następujący profil temperatury i pomiar barwnika:

	Etap	Liczba cykli	Pomiar	Temperatura [°C]	Czas [min:s]
Denaturacja	Utrzymywanie temperatury	1	-	95	10:00
Amplifikacja	Zmiany cykliczne	45	-	95	00:15
			Tak	58	01:00

10. Analiza danych

Szczegółowe informacje dotyczące analizy danych dla określonych urządzeń PCR w czasie rzeczywistym znajdują się w instrukcji użytkowania danego urządzenia.

Szczegółowe instrukcje dotyczące analizy danych generowanych przez zestaw RealStar® JCV PCR Kit 1.0 dla różnych urządzeń PCR w czasie rzeczywistym można uzyskać w dziale pomocy technicznej (patrz rozdział 14. Pomoc techniczna).

10.1 Prawdliwość badań diagnostycznych

10.1.1 Prawidłowe badanie diagnostyczne (jakościowe)

Jakościowe badanie diagnostyczne jest **prawidłowe**, jeśli zostały spełnione następujące warunki kontrolne:

ID kontroli	Kanał detekcji	
	FAM™	JOE™
Kontrola pozytywna (QS)	+	+/-*
Kontrola negatywna	-	+

* Obecność lub brak sygnału w kanale JOE™ nie jest istotna dla prawidłowości badania.

10.1.2 Nieprawidłowe badanie diagnostyczne (jakościowe)

Jakościowe badanie diagnostyczne jest **nieprawidłowe**, jeśli (i) nie zostało ukończone, lub (ii) jakiegokolwiek warunki kontrolne dla **prawidłowego** badania diagnostycznego nie zostały spełnione.

W przypadku **nieprawidłowego** badania diagnostycznego, badanie należy powtórzyć z użyciem pozostałego oczyszczonego kwasu nukleinowego lub rozpocząć ponownie z użyciem pierwotnych próbek.

10.1.3 Prawidłowe badanie diagnostyczne (ilościowe)

Ilościowe badanie diagnostyczne jest **prawidłowe**, jeśli zostały spełnione wszystkie warunki kontrolne dla **prawidłowego jakościowego** badania diagnostycznego [patrz rozdział 10.1.1 Prawidłowe badanie diagnostyczne (jakościowe)]. Wyniki **oznaczenia ilościowego** są **prawidłowe**, jeśli utworzona **krzywa wzorcowa** osiąga następującą wartość parametru kontrolnego:

Parametr kontrolny	Prawidłowa wartość
R^2	$\geq 0,98$

UWAGA



Nie wszystkie urządzenia do PCR w czasie rzeczywistym wskazują wartość R^2 . Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.

10.1.4 Nieprawidłowe badanie diagnostyczne (ilościowe)

Ilościowe badanie diagnostyczne jest **nieprawidłowe**, jeśli (i) nie zostało ukończone, lub (ii) jakiegokolwiek warunki kontrolne dla **prawidłowego ilościowego** badania diagnostycznego nie zostały spełnione.

W przypadku **nieprawidłowego** badania diagnostycznego, badanie należy powtórzyć z użyciem pozostałego oczyszczonego kwasu nukleinowego lub rozpocząć ponownie z użyciem pierwotnych próbek.

10.2 Manualna analiza

10.2.1 Analiza jakościowa

Kanał detekcji		Analiza wyników
FAM™	JOE™	
+	+*	Wykryto DNA właściwe dla JCV.
-	+	Nie wykryto DNA właściwego dla JCV. Próbkę nie zawiera wykrywalnych ilości DNA właściwego dla JCV.
-	-	Inhibicja PCR lub nieprawidłowe działanie odczynnika. Powtórzyc oznaczenie rozpoczynając od pierwotnej próbki lub pobrać i wykonać oznaczenie na nowej próbce.

* Detekcja kontroli wewnętrznej w kanale detekcji JOE™ nie jest wymagana dla wyników pozytywnych w kanale detekcji FAM™. Wysokie stężenie DNA JCV w próbce może powodować osłabienie lub brak sygnału kontroli wewnętrznej.

10.2.2 Analiza ilościowa

Zestaw RealStar® JCV PCR Kit 1.0 obejmuje cztery standardy ilościowe (QS). W celu utworzenia **krzywej wzorcowej** dla analizy ilościowej, muszą zostać zdefiniowane jako **standardy** o odpowiednich stężeniach (patrz rozdział 6. Opis wyrobu). Użycie **standardów** o odpowiednich stężeniach pozwala na uzyskanie krzywej wzorcowej do analizy ilościowej.

$$C_t = m \cdot \log(N_0) + b$$

C_t = Cykl progowy


m = Nachylenie

N_0 = Stężenie początkowe

b = Punkt przecięcia

Na podstawie krzywej wzorcowej można oznaczyć ilościowo próbki pozytywne o nieznanym stężeniu.

$$N_0 = 10^{(C_t - b) / m}$$



Rysunek 1: Standardy ilościowe (czarne), próbka pozytywna (czerwona) oraz negatywna (niebieska) widoczne na wykresie amplifikacji [A] oraz analiza krzywej wzorcowej [B]

UWAGA



Stężenie „Próbki” jest wskazywane w IU/μl i dotyczy stężenia w eluacie.

W celu wyznaczenia **ładunku wirusa pierwotnej próbki**, należy użyć następującego wzoru:

$$\text{Ładunek wirusa (Próbka) [IU/ml]} = \frac{\text{Objętość (Eluat) [\mu]} \cdot \text{ładunek wirusa (Eluat) [IU/\mu]}{\text{Objętość próbki [ml]}}$$

11. Charakterystyka działania testu

Ocena charakterystyki działania zestawu RealStar® JCV PCR Kit 1.0 została wykonana z użyciem znanej ilości DNA właściwego dla JCV wyizolowanego ze szczepu MAD-1 JCV (numer ATCC®: 45027).

11.1 Czulość analityczna

Czulość analityczna zestawu RealStar® JCV PCR Kit 1.0 jest definiowana jako stężenie (kopii/μl eluatu) cząsteczek DNA właściwych dla JCV, dla których odsetek pozytywnych wyników detekcji wynosi 95%. Czulość analityczna została wyznaczona na podstawie analizy serii rozcieńczeń DNA właściwego dla JCV o znanym stężeniu.

Tabela 1: Wyniki PCR użyte do obliczeń czulości analitycznej w odniesieniu do detekcji DNA właściwego dla JCV

Stężenie początkowe [kopii/μl]	Liczba powtórzeń	Liczba wyników pozytywnych	Odsetek pozytywnych wyników [%]
2,070	16	16	100
0,655	16	15	94
0,207	16	10	63
0,066	16	10	63
0,021	16	3	19
0,007	16	2	13
0,002	16	2	13
0,001	14	0	0

Czułość analityczna zestawu RealStar® JCV PCR Kit 1.0 została wyznaczona na podstawie analizy probit:

- Przy detekcji DNA właściwego dla JCV, czułość analityczna wynosi 1,365 kopii/μl [przedział ufności 95% (CI): 0,568–5,831 kopii/μl]

11.2 Swoistość analityczna

Swoistość analityczna zestawu RealStar® JCV PCR Kit 1.0 jest zapewniona poprzez precyzyjny wybór oligonukleotydów (starterów i sond). Oligonukleotydy zostały sprawdzone metodą analizy porównania sekwencji wobec sekwencji dostępnych publicznie w celu zapewnienia wykrywania wszystkich istotnych genotypów JCV.


Swoistość analityczna zestawu RealStar® JCV PCR Kit 1.0 została oceniona przez testy panelu genomowego DNA/RNA wyizolowanego z poliomawirusów oraz innych patogenów występujących u pacjentów o obniżonej odporności.

Zestaw RealStar® JCV PCR Kit 1.0 nie podlega reakcji krzyżowej z następującymi patogenami:

- Wirus BK
- Wirus cytomegalii
- Wirus Epsteina-Barr
- Wirus zapalenia wątroby typu A
- Wirus zapalenia wątroby typu B
- Wirus zapalenia wątroby typu C
- Wirus opryszczki pospolitej typu 1
- Wirus opryszczki pospolitej typu 2
- Ludzki wirus opryszczki typu 6A
- Ludzki wirus opryszczki typu 6B
- Ludzki wirus opryszczki typu 7
- Ludzki wirus opryszczki typu 8
- Ludzki wirus niedoboru odporności typu 1
- Wirus SV40
- Wirus ospy wietrznej i półpaśca

11.3 Zakres liniowości

Zakres liniowości zestawu RealStar® JCV PCR Kit 1.0 został oceniony na podstawie analizy logarytmicznej serii rozcieńczeń DNA szczepu MAD-1 wirusa JC w zakresie stężeń od 1,00E+09 do 1,00E+00 kopii/μl. Analizie poddano co najmniej osiem powtórzeń na rozcieńczenie.



Rysunek 2: Krzywe amplifikacji [A] i regresja liniowa [B] analizowanej serii rozcieńczeń DNA właściwego dla JCV

Zakres liniowości zestawu RealStar® JCV PCR Kit 1.0 obejmuje co najmniej **dziewięć** rzędów wielkości.

11.4 Precyzja

Precyzja zestawu RealStar® JCV PCR Kit 1.0 została wyznaczona jako zmienność wewnątrztestowa (zmienność w ramach pojedynczego eksperymentu), zmienność międzytestowa (zmienność pomiędzy różnymi eksperymentami) oraz zmienność międzyseryjna (zmienność pomiędzy różnymi seriami produkcyjnymi). Zmienność całkowita została obliczona przez połączenie wyników 3 analiz.

Dane zmienności są wyrażone w postaci odchylenia standardowego i współczynnika zmienności. Dane są oparte na analizie ilościowej określonych stężeń DNA właściwego dla JCV i wartości cyklu progowego (C_t) dla kontroli wewnętrznej. W celu ustalenia zmienności wewnątrz- i międzytestowej oraz międzyseryjnej, przeanalizowano co najmniej sześć powtórzeń każdej próbki.

Tabela 2: Dane precyzji detekcji DNA właściwego dla JCV

JCV	Średnie stężenie [kopii/ μ l]	Odchylenie standardowe	Współczynnik zmienności [%]
Zmienność wewnątrztestowa	169,35	5,23	3,09
Zmienność międzytestowa	164,81	13,48	8,18
Zmienność międzyseryjna	172,76	6,92	4,01
Zmienność całkowita	166,33	11,43	6,87

Tabela 3: Dane precyzji detekcji kontroli wewnętrznej

Kontrola wewnętrzna	Średni cykl progowy (C_t)	Odchylenie standardowe	Współczynnik zmienności [%]
Zmienność wewnątrztestowa	26,12	0,01	0,05
Zmienność międzytestowa	25,98	0,09	0,35
Zmienność międzyseryjna	26,08	0,06	0,25
Zmienność całkowita	26,03	0,09	0,38

12. Ograniczenia

- Optymalne rezultaty mogą być zapewnione wyłącznie w przypadku ścisłego przestrzegania zaleceń instrukcji użytkowania.
- Użycie tego wyrobu jest ograniczone wyłącznie do personelu poinstruowanego i przeszkolonego w technikach PCR w czasie rzeczywistym oraz procedurach diagnostyki *in vitro*.
- Dobra praktyka laboratoryjna jest kluczowa dla prawidłowego działania testu. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia składników zestawu i konfiguracji reakcji. Wszystkie odczynniki należy monitorować pod kątem zanieczyszczenia i skażenia. Wszelkie podejrzone odczynniki należy utylizować.
- Odpowiednie procedury pobierania, transportu, przechowywania i przetwarzania próbek są wymagane dla optymalnego działania testu.
- Test nie może być stosowany bezpośrednio na próbce. Przed użyciem tego testu należy zastosować odpowiednie metody izolacji kwasu nukleinowego.
- Obecność inhibitorów PCR (np. heparyny) może powodować nieprawidłowe obniżone oznaczenie ilościowe, lub fałszywie negatywne wyniki.
- Potencjalne mutacje w obszarach sekwencji docelowej genomu JCV objęte starterami i/lub sondami użytymi w zestawie mogą spowodować nieprawidłowe oznaczenie ilościowe i/lub niewykrycie obecności patogenów.
- Podobnie jak w przypadku innych badań diagnostycznych, wyniki dla zestawu RealStar® JCV PCR Kit 1.0 należy interpretować z uwzględnieniem danych klinicznych i laboratoryjnych.

13. Kontrola jakości

Zgodnie z systemem zarządzania jakością według wytycznych Altona Diagnostics GmbH EN ISO 13485, każda partia zestawów RealStar® JCV PCR Kit 1.0 jest weryfikowana pod względem zgodności ze specyfikacjami w celu zapewnienia stałej jakości wyrobu.

14. Pomoc techniczna

Pomoc można uzyskać w dziale pomocy technicznej:

e-mail: **support@altona-diagnostics.com**

telefon: **+49-(0)40-5480676-0**

15. Literatura

Versalovic, James, Carroll, Karen C., Funke, Guido, Jorgensen, James H., Landry, Marie Louise and David W. Warnock (ed). Manual of Clinical Microbiology. 10th Edition. ASM Press, 2011.

Cohen, Jonathan, Powderly, William G, and Steven M Opal. Infectious Diseases, Third Edition. Mosby, 2010.

16. Znaki towarowe i zastrzeżenia

RealStar® (altona Diagnostics); ABI Prism® (Applied Biosystems); ATCC® (American Type Culture Collection); CFX96™ (Bio-Rad); Cy® (GE Healthcare); FAM™, JOE™, ROX™ (Life Technologies); LightCycler® (Roche); SmartCycler® (Cepheid); Maxwell® (Promega); Mx 3005P™ (Stratagene); NucliSENS®, easyMag® (bioMérieux); Rotor-Gene®, QIAamp®, MinElute®, QIASymphony® (QIAGEN); VERSANT® (Siemens Healthcare).

Zarejestrowane nazwy, znaki towarowe itp. stosowane w niniejszym dokumencie, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie oznaczone, są traktowane jako chronione prawnie.

















Zestaw RealStar® JCV PCR Kit 1.0 to posiadający oznaczenie CE zestaw diagnostyczny zgodny z wymaganiami europejskiej dyrektywy 98/79/WE w sprawie diagnostyki *in vitro*.

Wyrób nie posiada licencji Health Canada oraz nie został dopuszczony ani zatwierdzony przez FDA.

Wyrób nie jest dostępny we wszystkich krajach.

© 2023 altona Diagnostics GmbH; wszelkie prawa zastrzeżone.

17. Wyjaśnienie symboli

Symbol	Wyjaśnienie
	Wyrób medyczny używany do diagnostyki <i>in vitro</i>
	Numer partii
	Kolor zakrętki
	Numer katalogowy
	Zawartość
	Numer
	Składnik
	Global Trade Item Number
	Zapoznaj się z instrukcją użytkownika
	Zawiera ilość wystarczającą na „n” testów/reakcji (rxns)
	Limit temperatury
	Termin ważności
	Producent
	Ostrożnie: Wyróżnia instrukcje lub procedury operacyjne, których nieprzestrzeganie może stać się przyczyną obrażeń ciała lub może negatywnie wpływać na działanie wyrobu. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej altona Diagnostics, aby uzyskać pomoc.
	Uwaga: Przydatne informacje dla użytkownika, które nie są kluczowe dla wykonywanego zadania.
	Wersja

always a drop ahead.

altona Diagnostics GmbH
Mörkenstr. 12
22767 Hamburg, Germany

phone +49 40 548 0676 0
fax +49 40 548 0676 10
e-mail info@altona-diagnostics.com

www.altona-diagnostics.com

